NU SKIN.
THE DIFFERENCE. DEMONSTRATED.™

S3

PHARMANEX® BIOPHOTONIC SCANNER

GEBRUIKERSHANDLEIDING



INHOUD

- IN ÉÉN OOGOPSLAG
- VEILIGHEIDSINFORMATIE
- BELANGRIJKE INFO
- UW S3 INSTELLEN
- SCANNEN MET DE S3
- UW S3 SYNCHRONISEREN
- UITSCHAKELEN
- ONDERSTEUNING
- ENKELE TIPS
- TECHNISCHE SPECIFICATIES


BLUETOOTH
43,000
AAN-/UIT-SCHAKELAAR
DONKERE KAP
KOP VAN DE S3
LED-LICHT

VOLGENDE >

BEHANDELING
ELEKTRISCHE WAARSCHUWINGEN
ALGEMENE WAARSCHUWINGEN
ONDERHOUD

WAARSCHUWING:
Niet-naleving van deze veiligheidsinstructies kan brand, elektrische schok of andere verwondingen veroorzaken of schade berokkenen aan de S3, de iPad mini of andere goederen. Alvorens de S3 in gebruik te nemen, gelieve de volledige handleiding en alle veiligheidsinstructies te lezen met het oog op veilig en toepasselijk gebruik.

BEHANDELING

Deze Scanner is een zeer gevoelig, wetenschappelijk meetinstrument. Ga er altijd voorzichtig mee om.

VOLGENDE >

BEHANDELING
ELEKTRISCHE WAARSCHUWINGEN
ALGEMENE WAARSCHUWINGEN
ONDERHOUD

ELEKTRISCHE WAARSCHUWINGEN

A. WATER EN VOCHT

Om het gevaar voor brand wegens elektrische schok te beperken, gelieve de S3 niet bloot te stellen aan regen of vocht.

Gebruik de S3 niet in de buurt van waterbronnen zoals badkuipen, lavabo's, gootstenen, wasmachines, in vochtige kelders, zwembaden of andere recipiënten voor vloeistoffen. Wanneer vloeistoffen gemorst worden op of in de buurt van de S3 terwijl deze verbonden is met de voedingskabel, haal het apparaat dan onmiddellijk uit het stopcontact en neem contact op met uw plaatselijke Scanner-helpdesk. Als de S3 niet in het stopcontact steekt maar op de batterij werkt, raak het apparaat dan niet aan maar neem contact op met uw plaatselijke Scanner-helpdesk.

B. ONDERHOUD

Gelieve de behuizing of onderzijde van de S3 niet te verwijderen of het apparaat zelf te proberen repareren. Door het apparaat te demonteren, zou u het kunnen beschadigen of uzelf kunnen verwonden. Het apparaat bevat geen interne onderdelen die door de gebruiker onderhouden kunnen worden. Het onderhoud dient enkel te gebeuren door een bevoegd technicus bij Pharmanex®.

VOLGENDE >

BEHANDELING
ELEKTRISCHE WAARSCHUWINGEN
ALGEMENE WAARSCHUWINGEN
ONDERHOUD

ELEKTRISCHE WAARSCHUWINGEN

C. VOEDINGSKABELS EN STROOMVOORZIENINGEN

Sluit geen andere voedingskabels of stroomvoorzieningen aan op de S3 dan die meegeleverd met dit apparaat. Overbelast stopcontacten en verlengsnoeren niet. Een geaarde stekker past alleen in een geaard stopcontact met bijpassende openingen. Gebruik alleen geaarde verlengsnoeren.

D. AFKOELING

Plaats de S3 nooit in de buurt van of op een radiator, verwarmingselement of andere hittebron. Laat het apparaat nooit lange tijd staan in een extreem warme of koude omgeving. De ideale bewaartemperatuur voor het apparaat schommelt tussen 10°C en 40°C.

VOLGENDE >

BEHANDELING
ELEKTRISCHE WAARSCHUWINGEN
ALGEMENE WAARSCHUWINGEN
ONDERHOUD

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN

A. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR DE OGEN

De Scanner maakt gebruik van LED's (lichtemitterende diodes) als lichtbron. LED's zijn terug te vinden in huishoudelijke verlichting, elektronica en flitslichten. Hoewel ze doorgaans niet als schadelijk voor de ogen beschouwd worden, wordt sterk afgeraden om gedurende lange tijd of van dichtbij in LED-licht of andere felle lichtbronnen te kijken.

B. GEVOELIGE OPTISCHE ONDERDELEN

De optische onderdelen van de S3 kunnen beschadigd raken wanneer ze blootgesteld worden aan extreem fel licht. Scan dus geen glanzende, spiegelende of metalen voorwerpen die het licht in de S3 terugkaatsen. Scan geen extreem felle voorwerpen van welke aard ook. Richt de S3 niet op felle kamerlampen of de zon. Dek de kop van de S3 af met de donkere kap wanneer u het apparaat verplaatst naar een ruimte met fel licht en telkens als u het apparaat niet gebruikt. Niet-naleving van deze aanbevelingen kan de gevoelige optische onderdelen in de S3 beschadigen.

VOLGENDE >

BEHANDELING
ELEKTRISCHE WAARSCHUWINGEN
ALGEMENE WAARSCHUWINGEN
ONDERHOUD

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN

C. GEBRUIKSBEPERKINGEN

Dit apparaat mag niet gebruikt of bediend worden op een andere manier dan die gespecificeerd door Pharmanex®. Wanneer het apparaat niet bediend wordt volgens deze voorwaarden, kan dit de veiligheidsvoorzieningen schaden.

D. AANGESLOTEN TOESTEL

De S3 is geconfigureerd om uitsluitend te werken met goedgekeurde Apple-toestellen (momenteel de iPad mini). De S3 zal niet synchroniseren met softwarefuncties of deze functies niet uitvoeren wanneer het apparaat verbonden is met een niet-goedgekeurd toestel.

S3
PHARMANEX BIOPHOTONIC SCANNER

VOLGENDE >

BEHANDELING
ELEKTRISCHE WAARSCHUWINGEN
ALGEMENE WAARSCHUWINGEN
ONDERHOUD

ONDERHOUD

Het onderhoud van de S3 dient niet te gebeuren door de gebruiker of door elke andere niet-goedgekeurde derde. De S3 mag nooit geopend of gedemonteerd worden. Als de behuizing van de S3 ooit barst of breekt, probeer dan geen toegang te krijgen tot de interne onderdelen of het interne elektrische circuit. Dit kan leiden tot blootstelling aan het circuit en een risico op brand wegens een elektrische schok inhouden. Om elektrische schokken te vermijden, haalt u het apparaat onmiddellijk uit elke spanningsbron (indien van toepassing) en bezorgt u de S3 terug aan Pharmanex® voor onderhoud.

LET OP:
De S3-garantie is ongeldig als er op welke manier ook gesleuteld is aan de behuizing, als een onderdeel van de behuizing opzettelijk verwijderd werd of als blijkt dat men geprobeerd heeft om de behuizing te verwijderen. Deze handelingen maken de garantie niet alleen ongeldig, de Scannerhuurder zal ook aansprakelijk gesteld worden voor de volledige kosten van de S3.

VOLGENDE >

ONDERHOUD

Omstandigheden waarin onderhoud vereist is:

Als een van de volgende omstandigheden zich voordoet, haalt u de S3 uit het stopcontact (indien van toepassing) en belt u naar uw plaatselijke Scanner-helpdesk:

- De voedingskabel of stekker is beschadigd.
- Er werd vloeistof gemorst of er zijn voorwerpen gevallen op (of in) het product.
- Het product is vochtig of nat als gevolg van condensatie of blootstelling aan regen of water.
- Het product werkt niet normaal wanneer de gebruiksinstructies gevolgd worden.
- Het product is gevallen of de behuizing is beschadigd.
- Het product functioneert duidelijk anders en kan bijvoorbeeld geen basisfuncties meer uitvoeren.
- De S3 Scanner App zegt dat u om technische ondersteuning moet vragen.

VOLGENDE >

POSITIONERING
KALIBRATIE
BEDRIJFSTEMPERATUUR
REIZEN MET DE S3

POSITIONERING

De Pharmanex® BioPhotonic Scanner (S3) is een instrument dat het carotenoïdengehalte in de huid meet. De Scanner is niet bedoeld voor medische doeleinden. Het is in geen enkel opzicht een medisch apparaat of medisch diagnostisch instrument en is niet bedoeld om ziekten of aandoeningen te diagnosticeren, behandelen, verlichten, genezen of voorkomen of om de structuur of werking van welk lichaamsdeel ook te beïnvloeden.

VOLGENDE >

- POSITIONERING
- KALIBRATIE
- BEDRIJFSTEMPERATUUR
- REIZEN MET DE S3

KALIBRATIE

Wetenschappelijke precisieapparatuur moet gekalibreerd worden. De meeste worden dagelijks gekalibreerd en sommige worden voor iedere meting gekalibreerd. De eerste keer dat u de S3 gebruikt, zijn een Donkere Scan en een Operator Scan vereist. Na deze eerste kalibratie zult u om de 24 uur een Donkere Scan en om de 14 dagen een Operator Scan moeten uitvoeren.



DARK SCAN

LAST SCAN 3/16/15 11:07 AM

HOURS REMAINING 23

OPERATOR SCAN REQUIRED

LAST SCAN N/A N/A

DAYS REMAINING 0

VOLGENDE >

POSITIONERING
KALIBRATIE
BEDRIJFSTEMPERATUUR
REIZEN MET DE S3

BEDRIJFSTEMPERATUUR

De S3 kan schade ondervinden door de omgevingsomstandigheden waarin het apparaat bewaard en gebruikt wordt. De Scanner is ontwikkeld om te functioneren in een omgevingstemperatuur van 10°C tot 40°C. **De ideale scantemperatuur ligt tussen 20°C en 25°C.** De S3 mag niet bewaard of vervoerd worden in een temperatuur hoger dan 40°C of lager dan 10°C. De S3 achterlaten in de wagen op een warme dag of tijdens een koude nacht kan een invloed hebben op de werking ervan of het apparaat beschadigen.

Als de Scanner bewaard werd in een andere temperatuur dan de bovengenoemde bedrijfsomstandigheden (zoals ‘s nachts in een wagen), moet de S3 voldoende tijd krijgen om zich aan te passen aan de werkingsomgeving voor de instelling en kalibratie. **Geef de S3 voldoende tijd, doorgaans 30 minuten, om zich aan te passen aan de scanomgeving voordat u het apparaat in een stopcontact steekt of tracht te kalibreren.**

VOLGENDE >

POSITIONERING
KALIBRATIE
BEDRIJFSTEMPERATUUR
REIZEN MET DE S3

REIZEN MET DE S3

Reis alleen met de S3 in de S3-draagtas die met het apparaat meegeleverd is. Wanneer u de S3 meeneemt op het vliegtuig, moet u het apparaat als handbagage meenemen. Dit minimaliseert het risico op extra schokken, stoten en blootstelling aan extreme temperaturen waaraan ingecheckte bagage onderworpen is. Onthoud dat de S3 een zeer gevoelig wetenschappelijk apparaat is en altijd als dusdanig behandeld moet worden.



VOLGENDE >

ONDERDELENLIJST CONTROLEREN
DE TOESTELLEN OPLADEN
UW IPAD MINI OPSTARTEN
UW IPAD AANSLUITEN
DE S3 APP INSTALLEREN
VERBINDING MAKEN VIA BLUETOOTH

ONDERDELENLIJST CONTROLEREN

Controleer de volgende onderdelenlijst om zeker te zijn dat u over alle onderdelen beschikt.

- ✓ S3 Scanner

- ✓ Apple iPad mini* met cover

- ✓ Stroomvoorzieningen en adapters

- ✓ S3-draagtas

- ✓ Donkere scankapjes voor de S3 (2 in totaal: 1 kapje op de Scanner en 1 reservekapje in de draagtas)

*Wordt mogelijk niet verschaft voor uw markt

VOLGENDE >

ONDERDELENLIJST CONTROLEREN
DE TOESTELLEN OPLADEN
UW IPAD MINI OPSTARTEN
UW IPAD AANSLUITEN
DE S3 APP INSTALLEREN
VERBINDING MAKEN VIA BLUETOOTH

DE TOESTELLEN OPLADEN

De Scanner en de iPad mini moeten in een geaard stopcontact gestoken worden en gedurende minstens 8 uur opgeladen worden met behulp van de meegeleverde stroomvoorzieningen alvorens de toestellen voor de eerste keer in gebruik te nemen.

HOE GAAT U TE WERK:

- Steek het ene uiteinde van de S3-voedingskabel in de achterzijde van de Scanner en steek het andere uiteinde in een geaard stopcontact.

  Het LED-lichtje op de achterzijde van de Scanner wordt groen om aan te geven dat de S3 opgeladen wordt.

- Steek de USB-kabel van de iPad mini in de elektrische USB-adapter.
- Steek het ene uiteinde van de voedingskabel van de iPad mini in de basis van de iPad mini en steek het andere uiteinde in een stopcontact.

Zodra de S3 en de iPad mini opgeladen zijn, mag u ze uit het stopcontact halen.

VOLGENDE >

ONDERDELENLIJST CONTROLEREN
DE TOESTELLEN OPLADEN
UW IPAD MINI OPSTARTEN
UW IPAD AANSLUITEN
DE S3 APP INSTALLEREN
VERBINDING MAKEN VIA BLUETOOTH

UW IPAD MINI OPSTARTEN

Druk op de 'Power'-knop op de rand bovenaan rechts van het apparaat. Versleep de ontgrendelingsbalk op het scherm naar rechts om toegang te krijgen tot het Startscherm.


PHARMANEX
S3
PHARMANEX BIOPHOTONIC SCANNER
POWER-KNOP

VOLGENDE >

ONDERDELENLIJST CONTROLEREN
DE TOESTELLEN OPLADEN
UW IPAD MINI OPSTARTEN
UW IPAD AANSLUITEN
DE S3 APP INSTALLEREN
VERBINDING MAKEN VIA BLUETOOTH

UW IPAD MINI AANSLUITEN OP EEN WIFI-NETWERK

U hebt WiFi nodig om:

- Toegang te krijgen tot het internet
- De S3 Scanner App te installeren. De S3 Scanner App moet op uw iPad mini geïnstalleerd zijn om de S3 Scanner te kunnen gebruiken
- Uw scangegevens te synchroniseren met de server van Nu Skin®
- Digitale scankredieten te kopen
- De scanresultaten naar uw klanten te e-mailen

Nu Skin Enterprises verschaft geen draadloze netwerken of ondersteuning voor private of openbare WiFi-netwerken. U moet verbinding maken met uw eigen WiFi-netwerk of met een openbaar netwerk en hun toepasselijke beveiligingsreferenties verkrijgen.

VOLGENDE >

ONDERDELENLIJST CONTROLEREN
DE TOESTELLEN OPLADEN
UW IPAD MINI OPSTARTEN
UW IPAD AANSLUITEN
DE S3 APP INSTALLEREN
VERBINDING MAKEN VIA BLUETOOTH

UW IPAD MINI AANSLUITEN OP EEN WIFI-NETWERK

- Door de iPad mini aan te zetten, wordt automatisch het zogenaamde Startscherm weergegeven. U kunt altijd naar het Startscherm terugkeren door te drukken op de 'Home'-knop midden onderaan op het toestel.
- Het Startscherm staat vol icoontjes. Wanneer u op het aanraakscherm tikt, zullen deze icoontjes computerprogramma's activeren, de zogenaamde apps.
- Zoek naar de 'Instellingen'-app op het Startscherm.
- Links in het venster van de 'Instellingen'-app vindt u de WiFi-optie bovenaan links op het scherm. Tik op WiFi om de draadloze netwerkopties te configureren.
- Zorg dat de WiFi-optie AAN is.

VOLGENDE >

ONDERDELENLIJST CONTROLEREN
DE TOESTELLEN OPLADEN
UW IPAD MINI OPSTARTEN
UW IPAD AANSLUITEN
DE S3 APP INSTALLEREN
VERBINDING MAKEN VIA BLUETOOTH

UW IPAD MINI AANSLUITEN OP EEN WIFI-NETWERK

- Onderaan wordt een lijst met beschikbare WiFi-netwerken weergegeven. Tik op het netwerk waarmee u verbinding wenst te maken en voer de nodige beveiligingsreferenties in.

Voorbeeld:



NSDC
✓ NSEnt
NSguest
Other...

VOLGENDE >

ONDERDELENLIJST CONTROLEREN
DE TOESTELLEN OPLADEN
UW IPAD MINI OPSTARTEN
UW IPAD AANSLUITEN
DE S3 APP INSTALLEREN
VERBINDING MAKEN VIA BLUETOOTH

UW IPAD MINI AANSLUITEN OP EEN WIFI-NETWERK

- Zodra u een WiFi-netwerk geselecteerd hebt, zal de iPad mini automatisch verbinding maken met het internet via dat signaal. In de linkerbovenhoek van het Apple-toestel verschijnt een WiFi-icoontje. Hoe meer streepjes het icoontje weergeeft, hoe sterker het signaal is.
- De iPad mini zal automatisch verbinding trachten te maken met elk WiFi-netwerk waarmee u in het verleden al verbinding gemaakt hebt, zodra u zich in het bereik van dat signaal bevindt. Het bereik van een WiFi-netwerk bedraagt doorgaans 36 tot 91 meter. Storingen kunnen het bereik van WiFi-signalen verkleinen.

VOLGENDE >

ONDERDELENLIJST CONTROLEREN
DE TOESTELLEN OPLADEN
UW IPAD MINI OPSTARTEN
UW IPAD AANSLUITEN
DE S3 APP INSTALLEREN
VERBINDING MAKEN VIA BLUETOOTH

DE S3 SCANNER APP OP DE IPAD MINI INSTALLEREN

HERINNERING:
U zult de S3 Scanner App pas op uw iPad mini kunnen installeren wanneer uw iPad mini verbonden is met een WiFi-netwerk.

Tik op de 'Safari'-app op het Startscherm. Voer het volgende internetadres in: **www.s3ScannerApp.com**



Druk op 'Downloaden' om de S3 Scanner App te downloaden.



Zodra de S3 Scanner App succesvol op de iPad mini geïnstalleerd is, krijgt de app een eigen icoontje op het Startscherm.

Tik op het icoontje van de S3 Scanner App om het programma te starten.

U kunt op elk ogenblik op de 'Home'-knop drukken om de S3 Scanner App te verlaten.

VOLGENDE >

ONDERDELENLIJST CONTROLEREN
DE TOESTELLEN OPLADEN
UW IPAD MINI OPSTARTEN
UW IPAD AANSLUITEN
DE S3 APP INSTALLEREN
VERBINDING MAKEN VIA BLUETOOTH

UW SCANNER INSCHAKELEN EN VERBINDEN MET UW IPAD MINI VIA BLUETOOTH

HERINNERING:
De S3 werkt met een herlaadbare batterij. Zodra de batterij opgeladen is, kan de Scanner uit het stopcontact gehaald worden en gedurende 6 uur aan één stuk gebruikt worden als een autonoom apparaat.

WAARSCHUWING:
Ga na of de donkere kap de kop van de S3 afdekt voordat u de S3 aanzet. De S3 zal pas volledig opgestart worden wanneer de Scanner een donkere kap detecteert. Zodra de donkere kap op de kop bevestigd is, drukt u op de ‘Power’-knop om de S3 op te starten. Het scherm van de S3 zal weergeven dat het apparaat opgeladen is en klaar is om gekoppeld te worden aan de iPad mini.

VOLGENDE >

ONDERDELENLIJST CONTROLEREN
DE TOESTELLEN OPLADEN
UW IPAD MINI OPSTARTEN
UW IPAD AANSLUITEN
DE S3 APP INSTALLEREN
VERBINDING MAKEN VIA BLUETOOTH

UW SCANNER INSCHAKELEN EN VERBINDEN MET UW IPAD MINI VIA BLUETOOTH

Druk op de ‘Home’-knop van uw iPad mini om terug te keren naar het Startscherm. Tik op de ‘Instellingen’-app om toegang te krijgen tot de instellingen van de iPad. Zorg dat Bluetooth ingeschakeld is. De iPad mini zal nu naar Bluetooth-signalen zoeken. Druk nogmaals op de ‘Home’-knop om terug te keren naar het Startscherm.

Rechts van de ‘Power’-knop op de achterkant van de S3 Scanner vindt u de Bluetooth-knop. Houd de Bluetooth-knop ingedrukt gedurende 2 tot 3 seconden totdat het lichtje begint te knipperen. Het knipperende, blauwe LED-licht op de achterkant van de S3 geeft aan dat het apparaat nu een Bluetooth-signaal uitzendt. De volgende keer dat u de Scanner aanzet, hoeft u niet opnieuw de Bluetooth-knop in te drukken. Het is niet meer nodig voor volgende verbindingen.



BLUETOOTH

VOLGENDE >

ONDERDELENLIJST CONTROLEREN

DE TOESTELLEN OPLADEN

UW IPAD MINI OPSTARTEN

UW IPAD AANSLUITEN

DE S3 APP INSTALLEREN

VERBINDING MAKEN VIA BLUETOOTH

UW SCANNER INSCHAKELEN EN VERBINDEN MET UW IPAD MINI VIA BLUETOOTH

HOE GAAT U TE WERK:

Tik nu op de S3 Scanner App. Start de S3 Scanner App pas op wanneer de Bluetooth-knop aan het knipperen is.

- Sleep in het tabblad ‘Status’ de pijltjes naar beneden onder de knop ‘Veeg naar beneden om naar Scanners te zoeken’.

  De App zal nu naar S3 Bluetooth-signalen zoeken. Als uw S3 niet in de lijst staat, sleep de pijltjes dan opnieuw naar beneden. Storingen kunnen een eerste detectie soms beletten. De gevonden S3-toestellen zullen links van het Status-venster weergegeven worden.

VOLGENDE ›

ONDERDELENLIJST CONTROLEREN

DE TOESTELLEN OPLADEN

UW IPAD MINI OPSTARTEN

UW IPAD AANSLUITEN

DE S3 APP INSTALLEREN

VERBINDING MAKEN VIA BLUETOOTH

UW SCANNER INSCHAKELEN EN VERBINDEN MET UW IPAD MINI VIA BLUETOOTH

HOE GAAT U TE WERK:



PLEASE CONNECT TO A SCANNER TO CONTINUE.

TO SEARCH FOR SCANNERS, PULL DOWN.

- Tik op het CS-nummer van uw S3.

  Een venster zal u vragen of u verbinding wenst te maken met de Scanner.

- Klik op 'Ja'.

  De toestellen worden aan elkaar gekoppeld.

VOLGENDE >

UW SCANNER INSCHAKELEN EN VERBINDEN MET UW IPAD MINI VIA BLUETOOTH

HOE GAAT U TE WERK:

Zodra de S3 en de iPad mini met elkaar verbonden zijn, zullen ze automatisch communicatie met elkaar proberen te maken wanneer ze opgestart zijn, totdat u klikt op 'Verbinding verbreken' in het venster van het tabblad 'Status'.

BELANGRIJK:
Er kan telkens maar één S3 gekoppeld worden aan een iPad mini.

VOLGENDE >

ONDERDELENLIJST CONTROLEREN
DE TOESTELLEN OPLADEN
UW IPAD MINI OPSTARTEN
UW IPAD AANSLUITEN
DE S3 APP INSTALLEREN
VERBINDING MAKEN VIA BLUETOOTH

UW SCANNER INSCHAKELEN EN VERBINDEN MET UW IPAD MINI VIA BLUETOOTH

Bluetooth is niet hetzelfde als WiFi. WiFi zorgt ervoor dat een toestel verbinding kan maken met het internet. Bluetooth is een lokaal signaal tussen twee toestellen. Uw S3-apparaat en de iPad mini kunnen zelfs met elkaar communiceren wanneer u geen WiFi-verbinding hebt, zolang Bluetooth actief is.

De Bluetooth-verbinding tussen de toestellen heeft een maximaal bereik van zo'n 50 m. Storingen van verschillende bronnen kunnen dat bereik verkleinen. In het tabblad 'Status' van de S3 Scanner App vindt u terug of u buiten het bereik van uw S3 bent en bijgevolg niet verbonden bent met uw Scanner.

VOLGENDE >

HET TABBLAD 'STATUS'
HET TABBLAD 'SCANNEN'
RESULTATENSCHERM - DEMOGRAFISCHE INFO

HET TABBLAD 'STATUS' EN KALIBRATIE VAN DE S3

In het tabblad 'Status' kunt u de status van Scanners raadplegen en kalibratiescans (Donkere Scan en Operator Scan) uitvoeren. De S3 Scanners worden weergegeven wanneer ze:



PLEASE CONNECT TO A SCANNER TO CONTINUE.

CS74729

CS74567

TO SEARCH FOR SCANNERS, PULL DOWN.

- Binnen bereik, grijs S3-icoontje.

OPGELET:
Als uw Scanner 'Vergrendeld' is, neem dan contact op met uw plaatselijke Scanner-helpdesk.

VOLGENDE >

HET TABBLAD ‘STATUS’
HET TABBLAD ‘SCANNEN’
RESULTATENSCHERM - DEMOGRAFISCHE INFO

HET TABBLAD ‘STATUS’ EN KALIBRATIE VAN DE S3

HERINNERING:
Er kan telkens maar één S3-apparaat gekoppeld worden aan een iPad Mini.

Wanneer een S3 gekoppeld is aan de Scanner App, dan verschijnt in het tabblad ‘Status’ het CS-nummer.


STATUS
SCAN
PHARMANEX
DISCONNECT
CS74567
DARK SCAN
LAST SCAN
3/16/
11:07 A
HOURS REMAINING

VOLGENDE >

HET TABBLAD 'STATUS'
HET TABBLAD 'SCANNEN'
RESULTATENSCHERM - DEMOGRAFISCHE INFO

HET TABBLAD 'STATUS' EN KALIBRATIE VAN DE S3

De volgende stap is het uitvoeren van een Donkere Scan. Zorg dat het donkere kapje op de kop van de S3 aangebracht is en druk op het Donkere Scan-icoontje. Volg de instructies op het scherm totdat de Donkere Scan voltooid is. U zult om de 24 uur een Donkere Scan moeten uitvoeren.

Verwijder vervolgens het donkere kapje en voer een Operator Scan uit door te tikken op het Operator Scan-icoontje. U zult om de 14 dagen een Operator Scan moeten uitvoeren.

Deze kalibratiescans worden gebruikt als middel voor kwaliteitsgarantie om de consistentie van de Scanner te volgen. Zorg ervoor dat u ze dienovereenkomstig uitvoert.

VOLGENDE >

HET TABBLAD ‘STATUS’
HET TABBLAD ‘SCANNEN’
RESULTATENSCHERM - DEMOGRAFISCHE INFO

HET TABBLAD ‘SCANNEN’

WAARSCHUWING:
Om een persoon te scannen, hebt u eerst zijn uitdrukkelijke goedkeuring nodig dat hij ermee akkoord gaat om zijn persoonsgegevens, zoals zijn naam en demografische informatie, te delen. Laat de personen die u wilt scannen dus Bijlage B van uw S3-overeenkomst ondertekenen en houd een kopie bij voor uzelf. Nu Skin® zal regelmatige audits uitvoeren om na te gaan of u deze formulieren bijhoudt.

Om iemand te scannen, moet u digitale scankredieten kopen of een Scan Card gebruiken.


SCAN
PURCHASE SCAN CREDITS
PHARMANEX
DIGITAL SCAN
USE A DIGITAL SCAN CREDIT TO PERFORM A SCAN
74
SCAN CARD
USE A PHYSICAL SCAN CARD TO PERFORM A SCAN

VOLGENDE >

HET TABBLAD 'STATUS'
HET TABBLAD 'SCANNEN'
RESULTATENSCHERM - DEMOGRAFISCHE INFO

HET TABBLAD 'SCANNEN'

A. SCANNEN MET DIGITALE SCANKREDIETEN

Kredieten kopen

HOE GAAT U TE WERK:

- Tik op de knop 'Scankredieten kopen'.

  Er gaat een nieuw venster open waarin u gevraagd wordt om u aan te melden op uw Distributeursaccount. Gelieve uw Distributeurs-ID, uw Nu Skin®-aanmeldingsgegevens en een kredietkaart bij de hand te houden. Uw iPad mini moet verbonden zijn met een WiFi-netwerk om de aankoop te verrichten.

VOLGENDE >

HET TABBLAD ‘STATUS’
HET TABBLAD ‘SCANNEN’
RESULTATENSCHERM - DEMOGRAFISCHE INFO

HET TABBLAD ‘SCANNEN’

U kunt scankredieten per 1, 20 of 100 stuks aankopen door te tikken op de gepaste icoontjes op het scherm.

- Zodra u het aantal kredieten gekozen hebt, tikt u op de knop ‘Betalen’ om ze te kopen en aan uw S3 toe te voegen.

  Volg de instructies op het scherm totdat de aankoop verricht is.

- Wanneer u klaar bent, sluit u het venster ‘Digitale scankredieten kopen’ door te tikken op het icoontje ‘Terug’ in de rechterbovenhoek op het scherm.

  De App zal terugkeren naar het venster van het tabblad ‘Scannen’.

VOLGENDE ›

HET TABBLAD 'STATUS'
HET TABBLAD 'SCANNEN'
RESULTATENSCHERM - DEMOGRAFISCHE INFO

HET TABBLAD 'SCANNEN'

OPGELET:
Nadat u scankredieten gekocht hebt, zult u zien dat zowel het icoontje van het tabblad 'Scannen' als het icoontje 'Digitale scan' veranderd zijn. Beide icoontjes vertonen nu een cijfer dat overeenkomt met uw resterende aantal digitale scans. Houd dit cijfer in het oog, zodat u weet wanneer u meer scankredieten moet kopen!

Digitaal scannen

Als u over scankredieten beschikt, tikt u op de knop 'Digitale scan' en u wordt automatisch door het scanproces geleid.

VOLGENDE >

HET TABBLAD ‘STATUS’
HET TABBLAD ‘SCANNEN’
RESULTATENSCHERM - DEMOGRAFISCHE INFO

HET TABBLAD ‘SCANNEN’

B. SCANNEN MET EEN SCAN CARD

HOE GAAT U TE WERK:

- Door op de knop ‘Scan Card’ te tikken, kunt u een Scan Card scannen met de camera van de iPad mini of het Scan Card-nummer invoeren met behulp van het digitale toetsenbord.

Eens de Scan Card-gegevens ingevoerd zijn, zal de S3 Scanner App u door het scanproces leiden.



PLEASE POSITION THE SCAN CODE IN THE AREA ABOVE, OR MANUALLY ENTER THE SCAN CARD NUMBER BELOW.

5480302126263900

PHARMANEX
5071 DIGITAL SCAN CREDITS
PURCHASE SCAN CREDITS
5480302126263900
PHARMANEX
235692
USE SCAN CREDIT
USE SCAN CARD
CANCEL
USE THIS NUMBER

VOLGENDE >

HET TABBLAD 'STATUS'
HET TABBLAD 'SCANNEN'
RESULTATENSCHERM - DEMOGRAFISCHE INFO

HET TABBLAD 'SCANNEN'

- De cameralens bevindt zich in de linkerbovenhoek op de achterzijde van de iPad mini, net onder de 'Power'-knop.

BELANGRIJK:
Let op dat u de cameralens niet afdekt wanneer u de barcode van een Scan Card probeert te scannen. Bij het uitvoeren van de scan houdt u de iPad mini het best vast met uw handen op de linker- en rechteronderzijde, met de 'Home'-knop aan de rechterkant.

VOLGENDE >

HET TABBLAD 'STATUS'
HET TABBLAD 'SCANNEN'
RESULTATENSCHERM - DEMOGRAFISCHE INFO

HET TABBLAD 'SCANNEN'

- Plaats de Scan Card op een vlakke ondergrond en houd de iPad in een evenwijdige positie boven de kaart vast.

  Wanneer de Scan Card zich in het midden van de camera bevindt, zal de S3 Scanner App de barcode automatisch herkennen, de gegevens in de App invoeren en terugkeren naar het venster van het tabblad 'Scannen' om een scan uit te voeren.

- Als de camera de barcode om welke reden ook niet goed kan registreren, tik dan op de knop 'Scan Card handmatig invoeren' bovenaan links.

  Een invoerveld en het digitale toetsenbord van de iPad mini zullen verschijnen.

- Typ het Scan Card-nummer in het invoerveld met behulp van het digitale toetsenbord. Tik op 'Terug' op het digitale toetsenbord wanneer u het Scan Card-nummer ingevoerd hebt.



PLEASE POSITION THE SCAN CODE IN THE AREA ABOVE,
OR MANUALLY ENTER THE SCAN CARD NUMBER BELOW.

123456789000

VOLGENDE >

HET TABBLAD 'STATUS'
HET TABBLAD 'SCANNEN'
RESULTATENSCHERM - DEMOGRAFISCHE INFO

HET TABBLAD 'SCANNEN'

De App zal het nummer herkennen en terugkeren naar het venster van het tabblad 'Scannen' om een scan uit te voeren. Als u het Scan Card-nummer niet correct invoert, dan zal de S3 Scanner App het volgende bericht weergeven:

"ONGELDIGE CODE. GELIEVE OPNIEUW TE PROBEREN."

Als u wilt terugkeren naar het venster van het tabblad 'Scannen' zonder te scannen of een Scan Card-nummer in te voeren, klik dan op 'Annuleren'.

U kunt nu personen beginnen scannen. Voer eerst de naam van de persoon in het veld 'Gescande persoon' in.

Dan wordt de persoon verzocht om:

"GELIEVE UW HAND OP DE SCANNER TE PLAATSEN"

Zodra zijn hand op de kop van de S3 ligt, begint de scansessie automatisch in 3 stappen:

- Controleren
- Initialiseren
- Scannen

VOLGENDE >

HET TABBLAD ‘STATUS’
HET TABBLAD ‘SCANNEN’
RESULTATENSCHERM - DEMOGRAFISCHE INFO

HET TABBLAD ‘SCANNEN’



Toon hoe de hand geplaatst moet worden voor een goede scan

Om de scansessie te annuleren en terug te keren naar het venster van het tabblad ‘Scannen’

De scan duurt zo’n 30 seconden. De hand moet op de kop blijven totdat zowel de S3 Scanner App als het scherm van de Scanner de score weergeven.

VOLGENDE >

HET TABBLAD 'STATUS'
HET TABBLAD 'SCANNEN'
RESULTATENSCHERM - DEMOGRAFISCHE INFO

HET TABBLAD 'SCANNEN'

De scan is nu gedaan. Het scanscherm zal u nu 2 mogelijkheden geven:

- De scanresultaten naar de klanten e-mailen door hun e-mailadres in te voeren. De e-mail wordt opgesteld en verstuurd door Nu Skin Enterprises, maar de klant zal u rechtstreeks een antwoord kunnen terugsturen.
- De demografische informatie invoeren in de balk onderaan om een beter inzicht te krijgen in het algemene profiel van de persoon.



WHAT DOES MY SCORE MEAN?

DIETARY HABITS
MODERATE CONSUMPTION OF FRUITS AND VEGETABLES

SUPPLEMENTATION
REGULAR SUPPLEMENTATION

FACTORS THAT AFFECT SCORE

THESE ARE GENERAL PARAMETERS BASED ON OVER 1.000.000 SCANS. YOUR INDIVIDUAL SCS MAY VARY.

DIETARY HABITS, SUPPLEMENTATION, AND LIFESTYLE CHOICES REPRESENT POSSIBLE SCORE OUTCOMES AND DO NOT REFLECT GUARANTEED SCORE OUTCOMES.

INDIVIDUAL GENETIC DIFFERENCES CAN SIGNIFICANTLY INFLUENCE THE RATE OF ANTIOXIDANT ADSORPTION AND THEREFORE YOUR PERSONAL SKIN CAROTENOID SCORE

DEMOGRAPHICS

10 000 - 19 000
20 000 - 29 000
30 000 - 39 000
34 000
40 000 - 49 000
50 000 - 59 000
60 000 - 89 000
DONE
EDIT
ABOUT
10
BIRTHDATE
GENDER
HEIGHT
WEIGHT
LifePak
LIFEPAK INTAKE

VOLGENDE >

HET TABBLAD 'STATUS'
HET TABBLAD 'SCANNEN'
RESULTATENSCHERM - DEMOGRAFISCHE INFO

HET TABBLAD 'SCANNEN'

Om de scansessie te verlaten, tikt u op 'Klaar' en u keert terug naar de beginpagina van het tabblad 'Scannen', waar u een keuze moet maken tussen digitale scankredieten of een Scan Card.

Zodra u op 'Klaar' getikt hebt, kunt u niet meer terugkeren naar de score van de klant.



VOLGENDE >

HET TABBLAD 'STATUS'
HET TABBLAD 'SCANNEN'
RESULTATENSCHERM - DEMOGRAFISCHE INFO

RESULTATENSCHERM - DEMOGRAFISCHE INFO

Wanneer u op de icoontjes tikt, activeert u aanraakmenu's waarin u de optie kunt kiezen die iemands profiel het best beschrijft. Deze informatie zal Nu Skin® helpen om het profiel van de gescande personen te registreren en statistische gegevens op te maken.

De invoering van demografische informatie is niet vereist om scanresultaten te verkrijgen en is slechts optioneel. We raden u echter aan om zo veel mogelijk informatie te verzamelen over iedere gescande persoon tijdens elke scansessie. Wanneer u de informatie invoert, gelieve zo nauwkeurig en accuraat mogelijk te zijn. Dit is belangrijk met het oog op zinvolle statistieken.


June 22 1977
July 23 1978
August 24 1979
September 25 1980
October 26 1981
CLEAR
10
BIRTHDATE
Aug 24, 1979

VOLGENDE >

UW S3 SYNCHRONISEREN

RECORDS

De S3 Scanner App houdt in het tabblad 'Registraties' een digitale kopie bij van alle door u uitgevoerde scans. Tik op het tabblad 'Registraties' om het venster 'Registraties' te openen. Er verschijnt een lijst met door u uitgevoerde scans in chronologische volgorde op datum en tijdstip (recentste scan eerst).

U zult zien dat de voltooide scanresultaten de woorden 'In afwachting' of 'Geregistreerd' weergeven. Zo weet u of de registratie al dan niet gesynchroniseerd is met de server van Nu Skin®. Een gesynchroniseerde registratie zal weergegeven worden als 'Geregistreerd', terwijl 'In afwachting' betekent dat de registratie nog niet gesynchroniseerd is.

Om uw voltooide scanregistraties te synchroniseren met de server van Nu Skin®, moet u verbinding maken met een WiFi-netwerk.

S3
PHARMANEX BIOPHOTONIC SCANNER

VOLGENDE >

UW S3 SYNCHRONISEREN

RECORDS

BELANGRIJK:
U moet minstens eenmaal per maand en uiterlijk op de laatste dag van de maand de S3 Scanner App synchroniseren met de server van Nu Skin®. Als u dat niet doet, tellen uw scans niet mee voor uw maandelijkse Instandhouding van de Scanner, uw Free Programma, uw Persoonlijke Verkoopvolume (PSV) en uw commissies. We raden u aan om na elke scansessie te synchroniseren.



Om uw scanregistraties te synchroniseren, tikt u op de knop ‘SYNCHRONISEREN’

Het tabblad ‘Operator’

Gebruik dit tabblad om van sessie te veranderen en de gewenste markt en taal te kiezen.

VOLGENDE >

UW S3 UITSCHAKELEN

43,000
CS70136
20V ⎓ 2A

- Verbreek eerst de verbinding met de S3 Scanner App door in het tabblad ‘Status’ op de knop ‘Verbinding verbreken’ te tikken.
- Verlaat de S3 Scanner App door op de ‘Home’-knop van de iPad te drukken.
- Schakel de iPad uit door kort op de ‘Power’-knop te tikken.
- Schakel de S3 uit door op de ‘Power’-knop op de achterzijde te drukken. Druk niet op de Bluetooth-knop bij het uitschakelen. Dat is niet meer nodig.
- Plaats de donkere kap op de kop van de S3 om schade aan de elektronica te vermijden.
- Om de S3 los te koppelen van het stroomnet, haalt u de netadapter uit de laadstekker achteraan. Wanneer de S3 aangesloten is op het stroomnet, dient u de netadapter en de laadstekker achteraan altijd gemakkelijk bereikbaar te houden.
- Plaats de S3 in de draagtas wanneer u het apparaat niet gebruikt.

BELANGRIJK:
Schakel de S3 niet uit terwijl u een scan uitvoert of op elk ander moment wanneer de Scanner in gebruik is. Als de S3 op de batterij werkt en de display een waarschuwing weergeeft dat de batterij bijna leeg is, dan moet u de S3 met behulp van de voedingskabel in een stopcontact steken of het apparaat uitschakelen.

VOLGENDE >


PHARMANEX
CONTACT
CHECK FOR UPDATE

ONDERSTEUNING

- Onder ‘CONTACT’ vindt u het e-mailadres van uw plaatselijke Scanner-helpdesk en links naar websites waar u ondersteuning kunt krijgen.
- Onder ‘MEER INFO’ vindt u de softwareversie van de S3 Scanner App, de firmwareversie van de S3 en andere informatie over hardware en software.



VOLGENDE >

ENKELE TIPS

De S3 Scanner App laadt niet wanneer ik op het icoontje tik op het Startscherm.

- Houd het S3 Scanner App-icoontje ingedrukt op het Startscherm. Verwijder de App en installeer deze opnieuw door de instructies in deze handleiding te volgen. **Deze stap mag enkel uitgevoerd worden als laatste hulpmiddel, want alle door u aangekochte, ongebruikte digitale scankredieten en alle niet-gesynchroniseerde scanresultaten zullen verwijderd worden.**

De S3 Scanner start niet op.

- Zorg dat u de Scanner minstens 8 uur opgeladen hebt voordat u het apparaat probeert op te starten.
- Steek de S3 in een stopcontact met behulp van de meegeleverde voedingskabel. Het groene LED-lichtje op de achterzijde zou moeten oplichten om aan te geven dat het apparaat opgeladen wordt. De hoofddisplay op de bovenzijde van de S3 moet ook een oplaadsymbool weergeven. Houd de ‘Power’-knop gedurende 5 seconden ingedrukt. Laat de knop los en druk nogmaals op de ‘Power’-knop.

VOLGENDE >

S3
PHARMANEX BIOPHOTONIC SCANNER

ENKELE TIPS

De S3 Scanner App laat me geen scans uitvoeren.

- Meerdere oorzaken kunnen aan de basis hiervan liggen:
  - De Scanner is mogelijk niet verbonden met de iPad mini via Bluetooth.
  - Zorg dat de iPad mini en de Scanner in elkaars bereik zijn (binnen 30 m).
  - U zult mogelijk een Donkere Scan of een Operator Scan moeten uitvoeren. Ga hiervoor naar het tabblad ‘Status’.
  - Synchroniseer de Scanner minstens eenmaal per maand.
  - Controleer of u ofwel een digitaal scankrediet gekocht hebt, ofwel een Scan Card ingevoerd hebt.
  - Zorg dat u de naam van de gescande persoon ingevoerd hebt in het venster van het tabblad ‘Scannen’.

Wanneer ik een Scan Card probeer te gebruiken, wil de camera het nummer niet correct lezen.

- Typ het Scan Card-nummer handmatig in het tekstveld met behulp van het digitale toetsenbord.

VOLGENDE >

ENKELE TIPS

De S3 Scanner App zegt dat mijn Scan Card ongeldig is.

- De Scan Card werd waarschijnlijk al gebruikt. Gebruik een andere Scan Card of koop een digitaal scankrediet in het tabblad ‘Scannen’.

Waar houdt de S3 Scanner App mijn uitgevoerde scans bij?

- De App houdt een lijst van uw uitgevoerde scans bij in het tabblad ‘Registraties’ van de App.

VOLGENDE ›

ENKELE TIPS

SYNCHRONISEREN



Zorg dat uw iPad mini verbonden is met een WiFi-netwerk.

Als er een foutmelding weergegeven wordt die zegt dat de server niet reageert, wacht dan 10 minuten en probeer vervolgens opnieuw te synchroniseren. Als de foutmelding weer verschijnt, neem dan contact op met uw plaatselijke Scanner-helpdesk.

Als de synchronisatietijd verstreken is, druk dan op de knop ‘Synchroniseren’ en de scantijd wordt opnieuw geladen.

DONKERE KAP

De donkere kap is bedoeld ter bescherming van de kop van de S3. Wanneer u niet aan het scannen bent, plaats dan het kapje op de kop, zelfs tussen twee scans.

REINIGING

We hebben allemaal oliën op onze huid, die na veelvuldig scannen de leesprestaties van de Scanner kunnen hinderen. Maak de kop en de voorzijde van de Scanner regelmatig schoon. Daartoe dient u eerst de S3 los te koppelen van het stroomsnoer. Doe een glasreiniger of een milde zeep- en wateroplossing op een microvezeldoek en wrijf het toestel schoon. Dompel de S3 niet onder water en spoel het toestel niet af met water om het te reinigen. Gebruik geen sterke chemische oplosmiddelen of schuurmiddelen. Daarnaast raden we u aan om uw gescande personen Nu Skin® Epoch® Hand Purifier te laten gebruiken voor elke scan om de hoeveelheid olie die op de S3 achterblijft en de mogelijke overdracht van bacteriën van de ene persoon op de andere te beperken.

VOLGENDE >

ENKELE TIPS

VARIABILITEIT

Variabiliteit treedt vaak op omdat de Scanner carotenoïden meet, die terug te vinden zijn in sporen en in biologisch weefsel.

Twee soorten factoren hebben een invloed op de Huidcarotenoïdenscore:

1. Persoonlijke factoren (genetica, eetgewoonten)
2. Operationele factoren (kalibratie, temperatuur, plaatsing van de hand, tocht) 85% van alle metingen zullen +/- één kleurschakering afwijken van het gemiddelde.

Om nauwkeurige scans met uw Scanner te garanderen:

- Plaats de hand van de gescande persoon op precies dezelfde plaats als bij zijn vorige scan.
- Ga na of de Scanner goed gekalibreerd is met behulp van de Donkere Scan en de Operator Scan.
- Voer uw scans uit in een ruimte met een omgevingstemperatuur van 20°C tot 25°C.

VOLGENDE >

ENKELE TIPS

BLUETOOTH

Tips voor het behouden van uw Bluetooth-verbinding:

1. Schakel de Scanner niet uit wanneer de S3 Scanner App nog actief is.
2. Druk niet op de Bluetooth-knop op de achterzijde van de Scanner eens u verbonden bent. Anders reset u de Bluetooth-verbinding, wat het signaal soms kan verstoren.



VOLGENDE >

ENKELE TIPS

BLUETOOTH

Als u geen Bluetooth-verbinding tot stand kunt brengen, probeer dan eerst de ‘Bluetooth Refresh Fix’:

1. Druk gedurende 5 seconden op de Bluetooth-knop op de achterzijde van de Scanner totdat het lichtje knippert.
2. Verlaat de App zoals gewoonlijk.
3. Laad de S3 Scanner App opnieuw, ga naar het tabblad ‘Status’ om te zien of uw apparaat opnieuw verbonden is met de iPad.
4. Als de twee apparaten geen verbinding maken met elkaar, verlaat dan de App en tik op het icoontje ‘Instellingen’.
5. Schakel de Bluetooth-schakelaar UIT. Wacht 2 tot 3 seconden. Zet de Bluetooth-schakelaar vervolgens weer AAN.
6. Laad nogmaals de S3 Scanner App en ga na of de verbinding opnieuw tot stand gebracht is.
7. Als deze methode niet werkt, volg dan de stappen voor de ‘Power Refresh Fix’ op de volgende pagina.

VOLGENDE >

ENKELE TIPS

POWER REFRESH FIX

- Schakel de S3 Scanner App uit.
- Schakel de S3 Scanner uit door gedurende 3 seconden op de ‘Power’-knop te drukken.
- Schakel de iPad uit door de ‘Power’-knop gedurende 5 seconden ingedrukt te houden en veeg de rode pijl zodra deze verschijnt.
- Zet de iPad weer aan.
- Zoek naar het ‘Instellingen’-icoontje en tik erop.
- Tik op Bluetooth en schakel Bluetooth uit.
- Wacht gedurende 3 seconden alvorens Bluetooth weer in te schakelen.
- Zet de S3 Scanner weer aan.
- Houd de Bluetooth-knop gedurende 5 seconden ingedrukt totdat het lichtje begint te knipperen.
- Open de S3 Scanner App.
- Probeer verbinding te maken met de Scanner.

VOLGENDE >

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Spanning of spanningsbereik: alleen met dit type netvoeding DOC EMSA 200/200
    - – Ingang 100-240 V, 50-60 Hz, 1,0 A
    - – Uitgang 20 V, 50-60 Hz, 2,0 A
- Verklaring van het bereik van omgevingsomstandigheden
    - – Gebruik binnenshuis tot 2000 m
    - – Veilige bedrijfstemperatuur: 10° tot 40°C
    - – Optimale bedrijfstemperatuur: 20° tot 25°C
    - – Veilige bewaartemperatuur: 10° tot 40°C
    - – Relatieve vochtigheid: 18 – 85 %
    - – Netspanning: +10 % tot -10 %
- EMC: 61326-1:2013; EN 61000-3-3:2008; EN 61000-3-2:2006
- Veiligheid: 61010-1:2010
- Gewicht: (1,46 kg)
- Hoogte: (16,8 cm)
- Breedte: (23,5 cm)
- Diepte: (11,6 cm)

[Name and Address of the EU Representative]
Nu Skin Belgium N.V.
Leonardo Da Vincilaan 9
1935 Zaventem – België

Om contact op te nemen met uw plaatselijke Scanner-helpdesk, gelieve in de S3 App te gaan naar Ondersteuning > Contact

VOLGENDE >

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Door middel van de CE-markering op een product verklaart de fabrikant dat het product voldoet aan de eisen van de richtlijnen van de Europese Raad 2006/95/EG, 2004/108/EG en 1999/5/EG.

Dit symbool geeft aan dat het apparaat geregistreerd staat bij Underwriters Laboratories.

Dit symbool geeft aan dat het apparaat geregistreerd staat bij de Canadian Standards Association.

Bevat geen interne onderdelen die door de gebruiker onderhouden kunnen worden. Alle onderdelen zijn op maat gemaakt en mogen op geen enkele manier gewijzigd worden. Alle garanties vervallen in geval van verwijdering, beschadiging of wijziging van labels.

Dit symbool geeft aan dat het apparaat niet door de consument weggegooid mag worden. Hiervoor moet het naar Pharmanex® LCC teruggestuurd worden.

De S3 is een digitaal apparaat van Categorie B, dat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Het gebruik is afhankelijk van de volgende twee voorwaarden: (1) het apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken en (2) het apparaat moet alle ontvangen storingen accepteren, waaronder storingen die ongewenste werking kunnen veroorzaken.

Conform de richtlijn met betrekking tot de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen (Richtlijn 2011/65/EG).